



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-HU.MIO62.B.04398

Серия RU № 0398838

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Место нахождения: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, помещение XIX, комната №14-17.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
 Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11MIO62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НИВЕЛКО-Рус».

Основной государственный регистрационный номер: 1077746038435.

Место нахождения: 111024, Российская Федерация, город Москва, улица Кабельная 5-я, дом 5Б, строение 1

Фактический адрес: 111024, Российская Федерация, город Москва, улица Кабельная 5-я, дом 5Б, строение 1

Телефон: 89859604388, факс: 84958406865, адрес электронной почты: akovacs@nivelco.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NIVELCO Zrt.».

Место нахождения: ВЕНГРИЯ, Н-1043, Budapest, Dugonics u., 11

Фактический адрес: ВЕНГРИЯ, Н-1043, Budapest, Dugonics u., 11

ПРОДУКЦИЯ Ультразвуковые уровнемеры EasyTREK SP*-3**-*Ex.

Маркировка взрывозащиты приведена в приложении (бланки №№ 0294839, 0294840).

Оборудование выпускается по технической документации изготовителя для работы во взрывоопасных средах в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 9026 10 290 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011

"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- акта о результатах анализа состояния производства «NIVELCO Zrt.» от 12.05.2016 года;
- протокола испытаний № 028В-2016 от 19.09.2016 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21BC05 действителен от 26.04.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, срок и условия хранения указаны в Руководстве по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.09.2016 ПО 28.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

А.В. Ивочкин

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-HU.MIO62.B.04398

Серия RU № 0294840

4. Маркировка взрывозащиты

0Ex ia IIB «T6...T5» Ga X

Маркировка специальным знаком взрывобезопасности **Ex** в соответствии с ТР ТС 012/2011.

5. Специальные условия применения

Знак X, стоящий после маркировки взрывозащиты, означает, что при эксплуатации уровнемеров необходимо соблюдать следующие специальные условия:

- питание уровнемеров должно осуществляться от сертифицированных искробезопасных источников питания с параметрами искробезопасности, не превышающими значения, указанные в пункте 2;
- при установке и эксплуатации уровнемеров, выполненных в алюминиевых оболочках, необходимо применять меры, препятствующие образованию искр при ударах или трении.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

[Signature]
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Signature]
(подпись)

И.В. Модянов

(инициалы, фамилия)

А.В. Ивочкин

(инициалы, фамилия)